

มาตรฐานบรรทัดสำหรับการทดสอบ

TAPPI (the Technical Association of the Pulp and Paper Industry)

ชื่อมาตรฐาน	รายละเอียด
TAPPI/ANSI T547 om-12 Air permeance of paper and paperboard (Sheffield method)	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการทดสอบการซึมผ่านของอากาศบนพื้นวงกลมของกระดาษ ด้วยความแตกต่างของความดันประมาณ 10 กิโลปาสกาล โดยจะมีแท่นยงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 5 ขนาด ได้แก่ 9.5, 19.1, 38.1, 57.2 และ 76.2 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถใช้ทดสอบได้กับผลิตภัณฑ์กระดาษที่หลากหลาย และอัตราการไหลของอากาศที่ใช้ในการทดสอบด้วยวิธีนี้อยู่ระหว่าง 0-3348 มิลลิเมตรต่อนาที (0 to 400 Sheffield units)
	รายละเอียดเพิ่มเติม http://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T547.aspx