

มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดสอบ

ASTM (American Society for Testing and Materials)

ชื่อมาตรฐาน	รายละเอียด
<p>ASTM F1886/F1886M – 09(2013)</p> <p>Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by Visual Inspection</p>	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวด้วยตาเปล่า เป็นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว ซึ่งมักจะใช้ตรวจสอบในกระบวนการปิดผนึกด้วยความร้อนความสามารถในการตรวจสอบรอยปิดผนึกนี้ขึ้นอยู่กับขนาดช่องที่เกิดขึ้นจากการปิดผนึกไม่สมบูรณ์ ซึ่งมาตรฐานนี้ใช้ทดสอบช่องการปิดผนึกที่มีขนาดกว้าง 75 ไมครอน (0.003 นิ้ว) และภาชนะบรรจุที่ใช้ทดสอบนั้น ด้านหนึ่งของวัสดุจะต้องมีประกอบด้วยวัสดุที่มีความโปร่งแสงค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยมาตรฐานนี้จะแสดงเป็นหน่วยในระบบเอสไอ (International System of Units; SI) หรือหน่วย นิ้ว - ปอนด์ (inch-pound) <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>http://www.astm.org/Standards/F1886.htm</p>